



MTU - Monitor de Temperatura e Umidade
Hospital de Testes - Banco de Sangue
Relatório de Intercorrências - 04/07/2006

Setor: Sorologia

0700 - Freezer Max: -18,0 - Min: -32,0 Evento: - Início (hh:mm): - Duração (hh:mm): - Max: - Min: - Med:
Leitura ACIMA da faixa - 01:21 - 17:45 - 4,0 - -31,7 - -21,60

Setor: Imunohematologia

0724 - Geladeira Revco Max: 6,0 - Min: 2,0 Evento: - Início (hh:mm): - Duração (hh:mm): - Max: - Min: - Med:
Leitura ABAIXO da faixa - 08:57 - 07:24 - 3,5 - -0,3 - 1,17
Leitura ACIMA da faixa - **16:23** - **01:58** - **22,2** - **2,9** - **9,14**
Leitura ABAIXO da faixa - 19:24 - 00:41 - 1,7 - 1,7 - 1,70

Setor: Fracionamento

0746 - Freezer Jewett Max: -18,0 - Min: -30,0 Evento: - Início (hh:mm): - Duração (hh:mm): - Max: - Min: - Med:
Leitura ACIMA da faixa - 16:04 - 00:02 - 136,0 - 136,0 - 136,00